平成２１年度

救急資機材等購入仕様書

伊賀市消防本部

１　目的

この仕様書は、伊賀市消防本部（以下「本部」という。）が平成２１年度に購入する救急自動車（以下「車両」という。）に積載する救急資機材等（以下「資機材等」という。）の購入について定めることを目的とする。

２　法令等の遵守

資機材等は薬事法（昭和３５年法律第１４５号）に適合し、かつ、救急業務実施基準（昭和３９年自消甲教発第６号通知）を遵守したものでなければならない。

３　提出書類

（１）受注者は仕様内容について本部及び車両納入業者と打合せを行い十部協議すること。

（２）納入時に下記の書類を本部に提出すること。

ア　保証書

イ　取扱説明書

ウ　その他本部が指示するもの

４　購入物品

（１）救急資機材　　別表１のとおり

（２）取付品及び付属品　　別表２のとおり

５　納入等

（１）納入期限

平成２１年１２月２８日まで

（２）納入場所

伊賀市消防本部

※ただし、車両に取り付けが必要な資機材等は事前に取り付け、車両とともに納入すること。

（３）完成受入検査等

納入時取扱い説明を実施し、後日本部から依頼のあった場合も良心的に対応すること。

６　保証期間

保証期間は納入後１年間とし、１年以内に生じた障害で受注者の責任とみなされるものについては、速やかに修理修復すること。

また、重大な故障で制作上の責任と判断される場合は、受注者は上記期限を経過したものであっても、本部と協議のうえ無償にて修理修復すること。

7　補則

（１）本仕様書に明記した資機材等はこれと規格・性能が同等以上の物とすること。

（２）本仕様書について疑義が生じた場合は、協議するものとする。

（３）公表している標準取付品及び付属品等は全て納入すること。ただし、本仕様書で指定しているものと重複するものについては除くことが出来るものとする。

　また、本仕様書に記載が無い事項でも、運用に当然必要なものについては付加すること。

別表1（救急資機材）

品名		数量	型式等	
血中酸素飽和度測定器	ポケットSPO2モニター	1台	日本光電	WEC-7301
	ワンタッチハンガー	2式（5本入）		Y245
	フィンガープローブ、マルチプローブ	各5個		TL-201T、TL-220T
	フィンガーパルスオキシメーター	1個	ｺｰｹﾝﾒﾃﾞｨｶﾙ	KOM720C
心電計	ベッドサイドモニター	1台	日本光電	BSM-4103
	フラッシュディスクカード	1個		QM－421P
	バッテリーパック	2個		NKB－101
	バッテリーチャージャー	1個		SB-201V
血圧計	電子血圧計　エレマーノ血圧計	2個	テルモ	AE-11-10-47-W
	手首血圧計　デジタル自動血圧計	1個	オムロン	AE-11-10-44
	大型血圧計ウォール型（ルアーロック付）	1個		
体温計	電子体温計（MC－612）	2個	オムロン	AE-12-10-14
搬送用資器材	コンビネーションストレッチャー	1台		FW-20-10-15
	スクープエクセル（65EXL）	1台	ファーノ	FW-20-10-97
固定器具	頚椎カラー（ﾊﾟﾄﾘｵｯﾄ　アダルト）	10個		WPA-7
	頚椎カラー（ﾊﾟﾄﾘｵｯﾄ　チャイルド）	10個		WPA-9
	上半身固定器具（ヒートシールKED）	1個	ファーノ	FW-20-12-31
	バックボード一式（ﾎﾞｰﾄﾞ、ｽﾄﾗｯﾌﾟ、ｲﾓﾋﾞﾗｲｻﾞｰ）	各4個	ファーノ	FW-20-13-13・FW-20-10-24・FW-20-12-15
	全身マジックギプス	2個	日本光電	MP-3075
	患者固定ベルト（スパイダーストラップ）	1個		WMR-690
救急資機材首脳カバン	ライフサポートバッグ	3個		A-500D
	パラメボックス　モデル1772	1個		AE-20-14-82
	ヒップパックバッグ	1個		J-900
止血	多目的止血帯	1個		AE-20-15-41

別表2（取付品及び附属品）

品名		数量	型式等	
酸素管理用	二連式加湿酸素流量計ｵｷｼﾊﾟｯｸOX-FDX	1個		
	減圧弁　ヨーク型	2個		
	三方チーズ　高圧用	1個		
	配管ホース　高圧用	1本		
	酸素カニューラ（大人用）	20個		AE-20-11-64
	酸素カニューラ（小児用）	20個		AE-20-11-62
	酸素ボンベ9.4L（必ず充填し納品のこと。）	2本		
人工呼吸器	手動式人工呼吸器（大人用）	1個	レールダル	ｼﾘｺﾝﾚｻｼﾃｰﾀｰ
	シリコンマスク（大人用）	各1個		3/4　4/5
	シリコンマスク（小児用）	各1個		0/1　2
	手動式人工呼吸器（新生児用）	1個		ｼﾘｺﾝﾚｻｼﾃｰﾀｰ
	自動人工呼吸器（車内固定型）	1台		AE-12-10-18
	自動人工呼吸器（携帯型）	1式		AE-UK-00-01
喉頭鏡	ウェルチ・アレン喉頭鏡セットD	2個		BE-11-06-10
吸引器	サクションユニット　LSU4000	3台	レールダル	
	専用ウォールマウント（DC電源コード付）	1個		
	管理バッテリ	6個		